

Ausschließlich zum Schutz gegen COVID-19 bestimmte Atemschutzmasken

Diese Atemschutzmasken sind von der dänischen Zertifizierungsautorität Force gemäß RFU 02.075 Vers. 2. zertifiziert. Für diesen konkreten Zweck ist die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation erforderlich, es ist insbesondere der Filtrierungskoeffizient dieser Atemschutzmaske derselbe wie der genannte Filtrierungs-Koeffizient FFPS, der durch EN 149:2001+A1:2009 festgelegt wird.

Der Unterschied zwischen der vollständigen FFP2-Zertifizierung und RFU-Zertifizierung gemäß Norm EN 149 liegt darin, dass einige Testparameter aus Zeitgründen nicht verwirklicht werden. Diese Parameter haben nichts mit dem Virenschutz gemeinsam. Die Maßstäbe für das Testen sind für beide Zertifikatstypen dieselben.

Mehr Informationen über die Zertifikationen und Prüfberichte finden Sie auf www.respilon.com/certificates/

Wir erklären, dass die Atemschutzmasken RespiPro® gemäß RFU 02.075 Vers. 2.:

- in die Kategorie **der persönlichen Schutzmittel (Atemschutzmaske) fallen**
- den Koeffizienten **der Filtrierungseffizienz FFP2** erfüllen
- die Nanofaser- Membran filtriert 99,7–99,9 % aller Viren** – getestet im Nelson Labs (VFE)
- zu den Zwecken gemäß den Regierungsmaßnahm vom 22. 02. 2021, Akt.-Nr.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, deren Bedingungen sie entspricht, getragen werden können *

* „Verbietet allen Personen mit Rechtskraft ab dem 25. Februar ab 00:00 Uhr bis zum Widerruf dieser außerordentlichen Verordnung die Bewegung und den Aufenthalt ohne Schutzmittel der Atemwege (Nase, Mund), wie der Atemschutzmaske oder einem ähnlichen Mittel (immer ohne Atemventil), die minimal alle technischen Bedingungen und Anforderungen (an das Produkt) erfüllen, einschließlich der Filtrierungseffizienz von mindestens 95 % gemäß entsprechenden Normen (z.B. FFP2/KN 95) oder zwei übereinander gelegte medizinische Gesichtsmasken oder ähnliche Mittel, die minimal alle technischen Bedingungen und Anforderungen (an das Produkt) gemäß ČSN EN 14683+AC erfüllen, die die Verbreitung von Tröpfchen verhindern...“

RESPILON Group s.r.o.
Jaselská 197/14, 602 00 Brno
Company ID 29245770
www.respilon.cz



LIFE'S WORTH IT